

◆ 四国がんセンター院内基準値

2025/9/1

項目名称（略称）	院内基準値	単位	基準範囲の由来
●一般生化学			
T-Bil(総ビリルビン)	0.4-1.5	mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧
D-Bil(直接ビリルビン)	0.05-0.30	mg/dL	メイ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書
TP	6.6-8.1	g/dL	JCOG共用基準範囲一覧
ALB	4.1-5.1	g/dL	
AST(GOT)	13-30	U/L	
ALT(GPT)	男 10-42	U/L	
	女 7-23		
ALP-IFCC	38-113	U/L	
LD(LDH)-IFCC	124-222	U/L	
γGT	男 13-64	U/L	
	女 9-32		
CHE	男 240-486	U/L	
	女 201-421		
AMY リパーゼ	44-132	U/L	
CK	男 59-248	U/L	JCOG共用基準範囲一覧
	女 41-153		
P-AMY	16-52	U/L	JCCLS自動化法
T-CHO	142-248	mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧
HDL-C	男 38-90	mg/dL	
	女 48-103		
LDL-C	65-163	mg/dL	
TG	男 40-234	mg/dL	
	女 30-117		
Na	138-145	mmol/L	
K	3.6-4.8	mmol/L	
Cl	101-108	mmol/L	
Ca	8.8-10.1	mg/dL	
IP	2.7-4.6	mg/dL	
Mg	1.8-2.5	mg/dL	
BUN	8-20	mg/dL	
Cre	男 0.65-1.07	mg/dL	
	女 0.46-0.79		
UA	男 3.7-7.8	mg/dL	
	女 2.6-5.5		
血中アンモニア	12-66	μg/dL	富士フィルム和光純薬 試薬添付文書
推算GFR	≥60	mL/min/1.73m ²	日本腎臓学会 診療ガイドライン
GLU	血漿 73-109	mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧
	血清 69-104		NCCLS指針準拠（福岡県6病院会）
HbA1c (NGSP)	4.9-6.0	%(NGSP)	JCOG共用基準範囲一覧
CRP	0.00-0.14	mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧

項目名称 (略称)	院内基準値	単位	基準範囲の由来
●腫瘍マーカー			
AFP	7.0 以下	ng/mL	ロシュ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書
NSE	16.3 以下	ng/mL	
CA125	35.0 以下	U/mL	
CA15-3	25.0 以下	U/mL	
PSA高感度	4.0 以下	ng/mL	
CEA	5.0 以下	ng/mL	
CA19-9	37.0 以下	U/mL	
γ-GT	3.5 以下	ng/mL	
SCC	2.0 以下	ng/mL	アボット・ジヤパン 試薬添付文書
PIVKA II	39以下	mAU/mL	
●甲状腺関連			
TSH	0.61-4.23	μIU/mL	国際臨床化学連合 (IFCC)
FT3	2.3-4.0	pg/mL	ロシュ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書
FT4	0.90-1.70	ng/dL	
Tg	30以下	ng/mL	
●感染症			
HBs抗原	(-)		アボット・ジヤパン 試薬添付文書
	0.00-0.05未満	IU/ml	
HBs抗体	(-)		
	0.00-10.00未満	mIU/mL	
HBc抗体	(-)		
	0.00-1.00未満	S/CO	
HCV抗体	(-)		
	1.00未満	S/CO	
HIV抗原・抗体	(-)		
	0.00-1.00未満	S/CO	
RPR定性	(-)		積水化学工業 試薬添付文書
	1未満	R.U.	
TPLA定性	(-)		
	10未満	T.U.	
PCT	0.5未満	ng/mL	元々トチフ PCT 試薬添付文書
SARS-CoV-2 抗原定量(唾液)	(-)		ルミナルSARS-CoV-2Ag 測定試薬添付文書
	0.67未満	pg/mL	
●血算CBC			
WBC	33-86	$\times 10^2/\mu\text{L}$	JCOG共用基準範囲一覧
Neut (好中球数)	20~	$\times 10^2/\mu\text{L}$	
Lym (リンパ球数)	10~	$\times 10^2/\mu\text{L}$	
RBC	男 435-555	$\times 10^4/\mu\text{L}$	
	女 386-492		
Hb	男 13.7-16.8	g/dL	
	女 11.6-14.8		
Ht	男 40.7-50.1	%	
	女 35.1-44.4		
MCV	83.6-98.2	fL	
MCH	27.5-33.2	pg	
MCHC	31.7-35.3	g/dL	
PLT	15.8-34.8	$\times 10^4/\mu\text{L}$	
網状赤血球	男 0.67-1.92	%	Clinical Reference Renge(Sysmex)
	女 0.59-2.07		

項目名称（略称）	院内基準値	単位	基準範囲の由来	
●血液像				
好中球	男 41.2-74.7	%	Clinical Reference Renge(Sysmex)	
	女 38.3-71.1			
リンパ球	男 21.2-51.0	%		
	女 21.3-50.2			
単球	男 3.1-8.0	%		
	女 2.7-7.6			
好酸球	男 0.2-8.4	%		
	女 0.2-7.3			
好塩基球	男 0.2-1.8	%		
	女 0.2-2.0			
●凝固				
PT(秒)	9.8-12.1	秒		Sysmex（正常参考値）
PT活性	70-130	%		
PT-INR	0.9-1.15		JCOG共用基準範囲一覧	
APTT	25-37	秒		
Fib	180-400	mg/dL		
FDP	4.91以下	μg/mL	Sysmex（正常参考値）	
アンチトロンビン活性	80-130	%	レボヘムAT試薬 添付文書	
D _d イマー	1.0以下	μg/mL	Sysmex（正常参考値）	
●その他				
ACTH	7.2-63.3	pg/mL	D ₁₁ ・D ₁₇ イマックス 試薬添付文書	
コルチゾール	6.02-18.4	μg/mL		
KL-6	500未満	U/mL	積水メディカル 試薬添付文書	
可溶性IL-2レセプター	122-496			
心エコー（EF）	55～	%	日本超音波医学会用語・診断基準委員会	
●尿一般定性				
尿蛋白定性	(-)		アークイ 試薬添付文書	
尿糖定性	(-)			
尿ウロビリノーゲン定性	(+/-)			
尿ケトン体定性	(-)			
尿潜血定性	(-)			
尿比重	1.006-1.022		臨床検査法提要	
尿pH	5.0-8.0		アークイ 試薬添付文書	
尿ビリルビン定性	(-)			
尿白血球定性	(-)			
尿亜硝酸塩定性	(-)			
●尿沈渣				
赤血球	4個以下	/HPF	日本臨床衛生検査技師会 尿沈渣検査法2010	
白血球	4個以下			
●血液ガス				
pH	7.350-7.450		JCOG共用基準範囲一覧	
pCO ₂	男 35.0-48.0	mmHg	ラジオメーター 血液ガスハンドブック	
	女 32.0-45.0			
pO ₂	83.0-108.0	mmHg		