

◆ 四国がんセンター院内基準値

2026/8/1

項目名称（略称）	院内基準値		単位	基準範囲の由来	
●一般生化学					
T-Bil(総ビリルビン)	0.4-1.5		mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧	
D-Bil(直接ビリルビン)	0.05-0.30		mg/dL	メイ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書	
TP	6.6-8.1		g/dL	JCOG共用基準範囲一覧	
ALB	4.1-5.1		g/dL		
AST(GOT)	13-30		U/L		
ALT(GPT)	男	10-42	U/L		
	女	7-23			
ALP-IFCC	38-113		U/L		
LD(LDH)-IFCC	124-222		U/L		
γGT	男	13-64	U/L		
	女	9-32			
CHE	男	240-486	U/L		
	女	201-421			
AMY	44-132		U/L	JCOG共用基準範囲一覧	
リパーゼ	13-53		U/L		
CK	男	59-248	U/L		JCOG共用基準範囲一覧
	女	41-153			
P-AMY	16-52		U/L	JCCLS自動化法	
T-CHO	142-248		mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧	
HDL-C	男	38-90	mg/dL		
	女	48-103			
LDL-C	65-163		mg/dL		
TG	男	40-234	mg/dL		
	女	30-117			
Na	138-145		mmol/L		
K	3.6-4.8		mmol/L		
Cl	101-108		mmol/L		
Ca	8.8-10.1		mg/dL		
IP	2.7-4.6		mg/dL		
Mg	1.8-2.5		mg/dL		
BUN	8-20		mg/dL		
Cre	男	0.65-1.07	mg/dL		
	女	0.46-0.79			
UA	男	3.7-7.8	mg/dL		
	女	2.6-5.5			
血中アンモニア	12-66		μg/dL	富士フィルム和光純薬 試薬添付文書	
推算GFR	≥60		mL/min/1.73m ²	日本腎臓学会 診療ガイドライン	
GLU	血漿	73-109	mg/dL	JCOG共用基準範囲一覧	
	血清	69-104		NCCLS指針準拠（福岡県6病院会）	
HbA1c（NGSP）	4.9-6.0		%（NGSP）	JCOG共用基準範囲一覧	
CRP	0.00-0.14		mg/dL		

項目名称（略称）	院内基準値	単位	基準範囲の由来
●腫瘍マーカー			
AFP	7.0 以下	ng/mL	ロシュ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書
NSE	16.3 以下	ng/mL	
CA125	35.0 以下	U/mL	
CA15-3	25.0 以下	U/mL	
PSA高感度	4.0 以下	ng/mL	
CEA	5.0 以下	ng/mL	
CA19-9	37.0 以下	U/mL	
γ-GT	3.5 以下	ng/mL	
SCC	2.0 以下	ng/mL	アボット・ジヤハソ 試薬添付文書
PIVKAⅡ	39以下	mAU/mL	
●甲状腺関連			
TSH	0.61-4.23	μIU/mL	国際臨床化学連合（IFCC）
FT3	2.3-4.0	pg/mL	ロシュ・ダイアグノスティクス 試薬添付文書
FT4	0.90-1.70	ng/dL	
Tg	30以下	ng/mL	
●感染症			
HBs抗原	(－)		アボット・ジヤハソ 試薬添付文書
	0.00-0.05未満	IU/ml	
HBs抗体	(－)		
	0.00-10.00未満	mIU/mL	
HBc抗体	(－)		
	0.00-1.00未満	S/CO	
HCV抗体	(－)		
	1.00未満	S/CO	
HIV抗原・抗体	(－)		
	0.00-1.00未満	S/CO	
RPR定性	(－)		積水メディカル 試薬添付文書
	1未満	R.U.	
TPLA定性	(－)		
	10未満	T.U.	
PCT	0.5未満	ng/mL	元々トチップ PCT 試薬添付文書
SARS-CoV-2 抗原定量(唾液)	(－)		ルミパルスSARS-CoV-2Ag
	0.67未満	pg/mL	測定試薬添付文書
●血算CBC			
WBC	33-86	$\times 10^2/\mu\text{L}$	JCOG共用基準範囲一覧
Neut（好中球数）	20～	$\times 10^2/\mu\text{L}$	
Lym（リンパ球数）	10～	$\times 10^2/\mu\text{L}$	
RBC	男 435-555	$\times 10^4/\mu\text{L}$	
	女 386-492		
Hb	男 13.7-16.8	g/dL	
	女 11.6-14.8		
Ht	男 40.7-50.1	%	
	女 35.1-44.4		
MCV	83.6-98.2	fL	
MCH	27.5-33.2	pg	
MCHC	31.7-35.3	g/dL	
PLT	15.8-34.8	$\times 10^4/\mu\text{L}$	
網状赤血球	男 0.67-1.92	%	Clinical Reference Range(Sysmex)
	女 0.59-2.07		

項目名称（略称）	院内基準値		単位	基準範囲の由来
●血液像				
好中球	男	41.2-74.7	%	Clinical Reference Range(Sysmex)
	女	38.3-71.1		
リンパ球	男	21.2-51.0	%	
	女	21.3-50.2		
単球	男	3.1-8.0	%	
	女	2.7-7.6		
好酸球	男	0.2-8.4	%	
	女	0.2-7.3		
好塩基球	男	0.2-1.8	%	
	女	0.2-2.0		
●凝固				
PT(秒)	9.8-12.1		秒	Sysmex（正常参考値）
PT活性	70-130		%	
PT-INR	0.9-1.15			JCOG共用基準範囲一覧
APTT	25-37		秒	
Fib	180-400		mg/dL	
FDP	4.91以下		μg/mL	Sysmex（正常参考値）
アンチトロンビン活性	80-130		%	レボヘムAT試薬 添付文書
Dダイマー	1.0以下		μg/mL	Sysmex（正常参考値）
●その他				
ACTH	7.2-63.3		pg/mL	ロイ・ダイグノスティクス 試薬添付文書
コルチゾール	6.02-18.4		μg/dL	
KL-6	500未満		U/mL	積水メディカル 試薬添付文書
可溶性IL-2レセプター	122-496			
心エコー（EF）	55～		%	日本超音波医学会用語・診断基準委員会
●尿一般定性				
尿蛋白定性	（－）～（＋－）			栄研化学試薬添付文書
尿糖定性	（－）			
尿ウロビリノーゲン定性	Normal			
尿ケトン体定性	（－）			
尿潜血定性	（－）			
尿比重	1.005-1.030			
尿pH	4.5-7.5			
尿ビリルビン定性	（－）			
尿白血球定性	（－）			
尿亜硝酸塩定性	（－）			
●尿沈渣				
赤血球	4個以下		/HPF	日本臨床衛生検査技師会 尿沈渣検査法2010
白血球	4個以下			
●血液ガス				
pH	7.350-7.450			JCOG共用基準範囲一覧
pCO2	男	35.0-48.0	mmHg	ラジオメーター 血液ガスハンドブック
	女	32.0-45.0		
pO2	83.0-108.0		mmHg	