

作業報告書

791-0280
 愛媛県松山市 南梅本町甲160
 独立行政法人 国立病院機構四国
 がんセンター 御中

弊社連絡先 カスタマーケアセンター
 電話番号 0120-041-387

Eメールアドレス
 作業番号 670000757118 / 0001
 お客様コード 1000271438
 社内参照番号 40484736

契約タイプ Performance Top

作業分類	Predetermined Maintenance (点検)	装置・ユニット名	Symbia S-Series
入電者		報告者	神田 雄基
電話番号		作業日時	2025/12/20 11:00:00 - 2025/12/20 17:00:00
装置ID番号	732-109159	シリアル番号	1630
御注文番号	n/a	技術ID番号	1000271438-NM003
作業状況	完了		

訪問理由

定期点検 年2回

使用部品・作業時間・諸経費

明細番号	品目	品名	単位	数量	請求区分
000010		時間内		6.00	

作業内容

Preventive maintenance performed; -

第2回定期点検作業(年2回)

点検手順書の項目に従い作業を実施致しました。
 SPECTガントリー部(後ろ側)及び(後ろ側)患者テーブル部を中心に点検を実施致しました。
 点検作業におきまして異常となる箇所はございませんでした。

シーメンスヘルスケア株式会社
 141-8644
 東京都品川区大崎1丁目11番1号
 ゲートシティ大崎ウエストタワー
 カスタマーケアセンター 0120-041-387

作業報告書

作業番号	670000757118 / 0001
お客様コード	1000271438
社内参照番号	40484736

その他、詳細な実施項目に関しましては後日郵送されます点検報告書をご参照ください。
最終動作確認として、日常の一連の動作(システムのオフオン、ホーミング、コリメータチェンジ、
テストスキャン (Whole body、Tomo)、通信テスト)を実施しました。
動作に異常が無いことを確認致しました。
追加項目として、Intrinsic Calibration(均一性補正画像収集) 各種線源にてピーキングを実施しました。

シーメンスヘルスケアの定める基本取引条件に従い、サービスを提供します。

保守契約未加入の場合または今回の作業が保守契約対象外である場合は、弊社オンコールサービス料金表
に従い各費用を請求させていただきます。

QC2
QC3
QC12

【最新】SYMBIA S

神田

神田 雄基
日付 2025/12/22
弊社確認

N.a.
日付 2025/12/22
お客様ご確認