

点検記録簿（肺機能検査）

点検日 2024 年 8 月 29 日		点検者	
型式 DISCOM-51		本体NO 510315	管理番号 生理0072
購入日 2023 年 10 月 31 日			
電源コードに異常はないか			○
装置外装に破損はないか			○
電源投入時に異常はないか			○
日付・時刻は正しいか			○
ディスプレイ表示は正常か			○
フローセンサーに異常はないか			○
非喫煙健常者測定			
	1回目	2回目	
VC	3.81 L	3.85 L	
FVC	3.84 L	3.84 L	
FEV1	3.36 L	3.32 L	
1回目と2回目の変動が100ml以内			○
フローボリューム曲線		フローボリューム曲線	
フローボリューム曲線に変化がないこと			○
総合判定	異常なし	○	
	一部問題があるが、使用に差し支えない。		
	使用に差し支えないが、日程を決めて修理が必要。		
	使用上問題があるため、緊急に修理が必要。		
備考			部門責任者

結果：○（問題なし），結果：×（確認を行う）