

# 作業報告書 (お客様控)

XH-19-325549

受付日：2020/03/30	受付者：中西幸治	( 1989 )
支店：高松支店	( 6101 ) 営業担当：長谷川久志	( 2677 )

お客様：(独) 国立病院機構 四国がんセンター 眼科	様 ( 4800742 )
住所：愛媛県松山市南梅本町甲160	TEL：089-999-1111

製品名：Retina Scan Duo (RS-330) 眼底カメラ付き光干渉断層計	品目コード：10706-0010-1A
S / N：610324	

指摘症状： 納品設置サポート	区分	無償	種別	サポート
	保守契約番号	n/a		
確認結果： 上記通り	案件No/事前通知	n/a		否
	希望納期	2020/03/30		
	処置日	2020/03/30		
作業内容： 設置マニュアルに基づき、設置作業実施 通信設定実施 (ファインデックス指定) 動作確認、連携確認	測定機器番号	System/Program Ver.		
	n/a	EX:V.1.8.0		
	原因： 納品			
作業結果：		完了		

交換	部品名称	部品コード	数量	単価	金額
01	以下記載なし				
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					

※本作業報告書記載の金額には、消費税は含まれておりません。

特記事項： IP:192.168.11.1(255.255.255.0) 連携機能:CYOCT ノートPCとローカル接続にて取込み	部品代合計： 基本料金： 技術料(A)： 技術料(B)： サポート他：5,200 合計：5,200
--	--

【ご確認事項】修理作業後3か月以内に生じた同一箇所・同一原因による不具合のみ、無償修理いたします (部品代金を除く)。なお、保守契約締結の場合は保守契約の内容が上記保証に優先適用されます。※当社は修理部品に一部リサイクル品を使用しております。

支店：ニデック高松支店	( 6101 )
住所：香川県高松市伏石町2016番地18	
TEL：087-868-0531	

作業報告 / ご確認欄	
作業担当者	お客様ご確認印
中西幸治	/ /
( 1989 )	