

# 校正証明書

顧客名 独立行政法人 国立病院機構 四国がんセンター

大阪市此花区島屋4-1-131  
アズワン株式会社  
サービス営業部  
フィールドサービスグループ

品名 : 温湿度記録計 型式 : TR-72U  
製造番号 : 00CQ28 製造者 : 株式会社ティアンドデイ  
校正日 : 2024年2月1日 管理番号 : AKFS23-5913  
顧客管理番号: 治験A



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。

校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

### [使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
ハンディ湿度温度計 MI70/HMP77B	ヴァイサラ株式会社 Z1120041/S2610187	MRI107 2024年11月23日
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーモポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2024年11月23日

# 試験成績書

大阪市此花区高屋4-1-131  
アズワン株式会社  
サービス営業部  
フィールドサービスグループ

品名 : 温湿度記録計 型式 : TR-72U  
製造番号 : 00CQ28 製造者 : 株式会社ティアンドデイ  
校正日 : 2024年2月1日 管理番号 : AKFS23-5913  
環境温度 : 25°C 校正者 : 元原 茂雄  
調整 : あり なし

確認者



上記製品は、弊社の作業標準に従って校正が行われたことを証明します。  
校正作業に使用した標準器/液は、日本電気計器検定所、日本品質保証機構などの公的校正機関またはNIST (National Institute of Standards and Technology) などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティが取れています。

## [使用標準器]

品名 形式	製造者 製造番号	管理番号 有効期限
ハンディ湿度温度計 MI70/HMP77B	ヴァイサラ株式会社 Z1120041/S2610187	MRI107 2024年11月23日
デジタル温度計/白金標準センサ ADS-100-HQ / PTP-150	株式会社 サーモポート 8001340/1501514/1501531/1501530/1501373/1501485	MRI136 2024年11月23日

## [校正結果]

試験点	判定基準	指示値	判定
[温度]			
25.0°C	24.7°C ~ 25.3°C	24.9°C	良
[湿度]			
25°C 65% RH	—	66% RH	—
<b>*総合判定</b>			良

## [備考]

※湿度は、25°C 50%の条件のみ良否判定を行い、その他のポイントは測定結果のみとなります。

# トレーサビリティ体系図

大阪市此花区島屋4-1-131  
 アズワン株式会社  
 サービス営業部  
 フィールドサービスグループ

